


medbar®

Cilt İşaretleme Seti



REF 241 01

CE 1014



STERILE EO

Cilt İşaretleme Seti Özellikleri

- * 1 mm uçlu biyouyumlu kalem.
- * Bir yüzü cm ve bir yüzü inç gösteren esnek cetvel.
- * Herhangi bir kimyasal ile çıkmayan biyouyumlu mürekkep.

Kalite

- * ISO 13485:2012 kalite yönetim standardı koşullarında üretilmiştir.
- * CE sertifikasına sahiptir.

Bio-Uyumluluk

- * Lateks içermez.
- * Etilen oksit ile steril edilmiştir.

Raf Ömrü

- * 5 sene



REF NO	ÜRÜN ADI	ÖZELLİKLER	STERİLİZASYON	AMBALAJ
24101	Cilt İşaretleme Seti	<ul style="list-style-type: none">• 1 mm uçlu biyouyumlu kalem.• Bir yüzü cm ve bir yüzü inç gösteren esnek cetvel.• Herhangi bir kimyasal ile çıkmayan biyouyumlu mürekkep.	ETO	50 adet / iç poşet 1200 adet / koli Koli Ebat: 35*59*49 cm Koli Ağırlık: 13,81 kg